

Montage des optionalen Zubehörs für die ölfreie Vakuumpumpe SC.5




Gesellschaft für
Umwelttechnologie mbH

Usinger Straße 32
61169 Friedberg
Tel. (06031) 7142-0
Fax (06031) 7142-50
<http://gutmbh.de>
info@gutmbh.de

Die Strich-Punkt-Linien kennzeichnen den Zusammenbau.
Verzweigungen dieser Linien kennzeichnen,
dass Teile bei Bedarf weggelassen werden können.

Gewinde mit Teflonband abdichten.



Pos.	Bestell-Nr.	Gegenstand
1	9801031/..	Vakuumpumpe SC.5
2	2101001	Winkel 1/8" IG/AG
3	2106058	T-Stück 1/8" AG/IG/IG
4	2201005	Doppelnippel 1/8"
5	2001012	Reduktion 1/4"AG-1/8" parallel
6	9001003	Ansaugfilter FCT.12A, 1/4"IG
7	2103004	Schlauchtülle \varnothing 9 mm x 1/4"AG
8	2103003	Schlauchtülle \varnothing 9 mm x 1/8"AG
9	2001024	Reduktion 1/8"AG-1/4"IG konisch
10	9004012	Vakuumreguliertventil 1/4"
11	9009004	Vakuummeter \varnothing 40, 1/8"AG, -1..0 bar
12	0202001	Mutter 1/8" (für Drehposition Vakuummeter)

4 St. Schwingungsdämpfer
(Gummi-Metall-Puffer)
 \varnothing 25 x 15, M6 IG/AG
Nr. 1503005

alternativ: Montageplatte
mit Schwingungsdämpfer
und Tragegriff
Nr. 9016001